OVERFIX
TRAUMA

OVERFIX
SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CATÁLOGO | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO OVERFIX

OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA OSTEOTOMÍA DEL PRIMER METATARSIANO

INDICACIÓN

Fractura distal del primer metatarsiano.

DESCRIPCIÓN

• Después de realizar la osteotomía no hay necesidad de moldear la placa ya que el diseño es anatómico.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.

• El diseño anatómico de alta resistencia es beneficioso para el ejercicio funcional temprano.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA FUSIÓN DE METATARSO FALÁNGICO I

INDICACIÓN

Deformaciones de la primera articulación metatarsofalángica (Hallux Rigidus).

Fracturas, pseudoartrosis y reimplantes del primer metatarsiano, especialmente en caso de hueso osteopénico.

DESCRIPCIÓN

• Placas anatómicamente diseñada con ángulo de 9° de dorsiflexión y 11° de extensión.

• Después de realizar la osteotomía no hay necesidad de moldear la placa ya que el diseño es anatómico.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA FUSIÓN DE METATARSO FALÁNGICO II

INDICACIÓN

Deformaciones de la primera articulación metatarsofalángica (Hallux Rigidus).

Fracturas, pseudoartrosis y reimplantes del primer metatarsiano, especialmente en caso de hueso osteopénico.

DESCRIPCIÓN

• Placas anatómicamente diseñada con ángulo de 9° de dorsiflexión y 11° de extensión.

• Después de realizar la osteotomía no hay necesidad de moldear la placa ya que el diseño es anatómico.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA OSTEOTOMÍA METATARSIANA

DESCRIPCIÓN

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• La placa posee un orificio que brinda espacio para la colocación injerto óseo. Facilita el proceso de la oseointegración.

• Posee bordes redondeados y superfi-cies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.

OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA OSTEOTOMÍA DE CUBOIDE

DESCRIPCIÓN

• La placa posee un orificio que brinda espacio para la colocación injerto óseo. Facilita el proceso de la oseointegración.

• Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.8 mm).

• Facilita la realización rápida de ejercicios funcionales.

• El diseño anatómico facilita la reducción luego de la osteotomía.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN TARSOMETATARSIANA (TMT) 1 CUNEIFORME MEDIAL

DESCRIPCIÓN

• Disponible para fusión de las articulaciones tarsometatarsianas 2 y 3.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN TARSOMETATARSIANA (TMT) 2 CUNEIFORME DORSAL

DESCRIPCIÓN

• Disponible para fusión de las articulaciones tarsometatarsianas 2.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN TARSOMETATARSIANA (TMT) 2-3 CUNEIFORME DORSAL

DESCRIPCIÓN

• Disponible para fusión de las articulaciones tarsometatarsianas 2 y 3.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.



TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA DE FUSIÓN LISFRANC

INDICACIÓN

Se produce en la articulación tarsometa-tarsiana (también denominada, Lisfranc). La lesión tiene un carácter de mayor severidad debido al compromiso total o parcial que puede tener el ligamento de Lisfranc, lo cual produce una gran inestabilidad a nivel de la articulación.

DESCRIPCIÓN

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA MÜLLER WEISS

INDICACIÓN

Displasia del escafoide tarsiano que se produce en la infancia y se manifiesta en la edad adulta. El astrágalo se encuentra lateralizado y en varo, de forma que comprime en el sentido anteroposterior la porción externa del escafoides.

DESCRIPCIÓN

• Su diseño de fusion multi-articular facilita la reconstrucción de los arcos del pie.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN TALONAVICULAR

DESCRIPCIÓN

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Su diseño anatómico permite la perfecta adaptación al hueso.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA OSTEOTOMÍA DE CALCÁNEO

DESCRIPCIÓN

• La placa posee un orificio que brinda espacio para la colocación injerto óseo. Facilita el proceso de la oseointegración.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.8 mm).

• La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.

• Su diseño anatómico se adapta en forma perfecta al calcáneo sin necesidad de modearla.

• Su diseño de alta resistencia permite una rápida realización de ejercicios.

TORNILLOS

2.7 mm y 3.0 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA PARA OSTEOTOMÍA DE TIBIA DISTAL

INDICACIÓN

Fracturas intraarticulares y extraarticulares de tibia distal.

DESCRIPCIÓN

• Su diseño de fusion multi-articular facilita la reconstrucción de los arcos del pie.

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).

• Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.

TORNILLOS

3.5 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.

OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

PLACA ANTERIOR PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN DE TOBILLO
ARTRODESIS DE TOBILLO

DESCRIPCIÓN

• Placa de diseño anatómico y bajo perfil (2.0 mm).

• Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.

• Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.

TORNILLOS

3.5 mm.
Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.

OVERFIX | SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

TORNILLOS CANULADOS DE DOBLE COMPRESIÓN

DESCRIPCIÓN

• Presenta múltiples usos para la fijación de pequeños, grandes fragmentos y osteotomías, como ser clavícula, humero, radio, cúbito, fémur, patela, peroné, tibia, talón, maléolos y calcáneo.

• Autoperforantes; diseño cónico.

• Diferentes colores para diferentes especificaciones. El tono varía según el diámetro.

• El instrumental es de uso simple. Rosca de paso variable, autorroscantes y autoperforantes.



SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE PLACA BLOQUEADA

CÓDIGO	APLICACIÓN	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Overfix - Osteotomía Distal del Primer Metatarsal	
10800-006	Pie	6 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Izq, 6 Orificios, Pequeña	PLACA BLOQUEADA OSTEOTOMÍA DISTAL DEL PRIMER METATARSAL No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10800-206	Pie	6 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Izq, 6 Orificios, Mediana	
10800-406	Pie	6 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Izq, 6 Orificios, Larga	
10800-106	Pie	6 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Der, 6 Orificios, Pequeña	
10800-306	Pie	6 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Der, 6 Orificios, Mediana	
10800-506	Pie	6 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Der, 6 Orificios, Larga	
			Overfix - Articulación Metatarsofalángica I	
10801-005	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I, Izq, 5 Orificios, Pequeña	PLACA BLOQUEADA ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA I No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10801-205	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I, Izq, 5 Orificios, Mediana	
10801-006	Pie	6 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I, Izq, 6 Orificios, Larga	
10801-105	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I, Der, 5 Orificios, Pequeña	
10801-305	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I, Der, 5 Orificios, Mediana	
10801-106	Pie	6 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica I, Der, 6 Orificios, Larga	
			Overfix - Articulación Metatarsofalángica II	
10802-004	Pie	4 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica II, Izq, 4 Orificios, Pequeña	PLACA BLOQUEADA ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA II No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10802-005	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica II, Izq, 5 Orificios, Larga	
10802-104	Pie	4 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica II, Der, 4 Orificios, Pequeña	
10802-105	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsofalángica II, Der, 5 Orificios, Larga	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE PLACA BLOQUEADA

CÓDIGO	APLICACIÓN	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Overfix - Osteotomía Metatarsal	
10804-005	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Metatarsal, Izq, 5 Orificios	PLACA BLOQUEADA OSTEOTOMÍA METATARSAL No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10804-105	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Metatarsal, Der, 5 Orificios	
			Overfix - Osteotomía del Cuboides	
10805-005	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía del Cuboides, 5 Orificios	PLACA BLOQUEADA OSTEOTOMÍA DEL CUBOIDES No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
			Overfix - Articulación del 1° Metatarsal Medial Cuneiforme	
10807-005	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 1° Metatarsal Medial Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 5 Orificios, Pequeña	PLACA BLOQUEADA ARTICULACIÓN DEL 1° METATARSAL MEDIAL CUNEIFORME No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10807-006	Pie	6 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 1° Metatarsal Medial Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 6 Orificios, Larga	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE PLACA BLOQUEADA

CÓDIGO	APLICACIÓN	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Overfix - Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme	
10808-007	Pie	7 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 7 Orificios y 1 en la cabeza	PLACA BLOQUEADA ARTICULACIÓN DEL 2° METATARSAL DORSAL CUNEIFORME No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10808-008	Pie	8 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 8 Orificios y 3 en la cabeza	
10808-208	Pie	8 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 8 Orificios y 4 en la cabeza	
10808-009	Pie	9 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 9 Orificios y 4 en la cabeza	
10808-107	Pie	7 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 7 Orificios y 1 en la cabeza	
10808-108	Pie	8 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 8 Orificios y 3 en la cabeza	
10808-308	Pie	8 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 8 Orificios y 4 en la cabeza	
10808-109	Pie	9 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 9 Orificios y 4 en la cabeza	
			Overfix - Articulación Metatarsal Dorsal Cuneiforme	
10806-004	Pie	4 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc), 4 Orificios	PLACA BLOQUEADA ARTICULACIÓN METATARSAL DORSAL CUNEIFORME No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
			Overfix - Placa bloqueada para Fusión Lisfranc	
10809-009	Pie	9 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Fusión Lisfranc, Izq, 9 Orificios	PLACA BLOQUEADA PARA FUSIÓN LISFRANC No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10809-109	Pie	9 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Fusión Lisfranc, Der, 9 Orificios	
10809-011	Pie	11 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Fusión Lisfranc, Izq, 11 Orificios	
10809-111	Pie	11 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Fusión Lisfranc, Der, 11 Orificios	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE PLACA BLOQUEADA

CÓDIGO	APLICACIÓN	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Overfix - Placa Bloqueada Müller-Weiss	
10810-011	Pie	11 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Müller-Weiss Izq, 11 Orificios	PLACA BLOQUEADA MÜLLER-WEISS No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10810-111	Pie	11 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Müller-Weiss Der, 11 Orificios	
10810-013	Pie	13 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Müller-Weiss Izq, 13 Orificios	
10810-113	Pie	13 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada Müller-Weiss Der, 13 Orificios	
			Overfix - Articulación Talonavicular	
10811-005	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Talonavicular, Izq, 5 Orificios	PLACA BLOQUEADA PARA ARTICULACIÓN TALONAVICULAR No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10811-105	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Talonavicular, Der, 5 Orificios	
			Overfix - Articulación Metatarsofalángica II	
10812-005	Pie	5 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía de Calcáneo, 5 Orificios	PLACA BLOQUEADA ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA II No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE PLACA BLOQUEADA

CÓDIGO	APLICACIÓN	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Overfix - Osteotomía Distal del Primer Metatarsal	
10813-009	Tobillo	9 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Izq, 9 Orificios	
10813-109	Tobillo	9 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Der, 9 Orificios	
10813-010	Tobillo	10 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Izq, 10 Orificios	
10813-110	Tobillo	10 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Der, 10 Orificios	
10813-011	Tobillo	11 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Izq, 11 Orificios	
10813-111	Tobillo	11 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Osteotomía Distal del primer Metatarsal, Der, 11 Orificios	

PLACA BLOQUEADA OSTEOTOMÍA DISTAL DEL PRIMER METATARSAL
No. de Registro Sanitario
1432C2018 SSA

			Overfix - Articulación Anterior de Tobillo	
10814-003	Tobillo	3 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Anterior de Tobillo, Izq, 3 Orificios	
10814-004	Tobillo	4 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Anterior de Tobillo, Izq, 4 Orificios	
10814-103	Tobillo	3 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Anterior de Tobillo, Der, 3 Orificios	
10814-104	Tobillo	4 Orificios	Overfix - Placa Bloqueada para Articulación Anterior de Tobillo, Der, 4 Orificios	

PLACA BLOQUEADA ARTICULACIÓN ANTERIOR DE TOBILLO
No. de Registro Sanitario
1432C2018 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO Y NO BLOQUEO

CÓDIGO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Tornillo de bloqueo 2.7	
10850-010	10 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 10 mm de largo	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10850-012	12 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 12 mm de largo	
10850-014	14 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 14 mm de largo	
10850-016	16 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 16 mm de largo	
10850-018	18 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 18 mm de largo	
10850-020	20 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 20 mm de largo	
10850-022	22 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 22 mm de largo	
10850-024	24 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 24 mm de largo	
10850-026	26 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 26 mm de largo	
10850-028	28 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 28 mm de largo	
10850-030	30 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 30 mm de largo	
10850-032	32 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 32 mm de largo	
10850-034	34 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 2.7 (Pie Tobillo), 34 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO Y NO BLOQUEO

CÓDIGO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Tornillo 2.7	
10851-010	10 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 10 mm de largo	TORNILLO 2.7 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10851-012	12 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 12 mm de largo	
10851-014	14 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 14 mm de largo	
10851-016	16 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 16 mm de largo	
10851-018	18 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 18 mm de largo	
10851-020	20 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 20 mm de largo	
10851-022	22 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 22 mm de largo	
10851-024	24 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 24 mm de largo	
10851-026	26 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 26 mm de largo	
10851-028	28 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 28 mm de largo	
10851-030	30 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 30 mm de largo	
10851-032	32 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 32 mm de largo	
10851-034	34 mm	Overfix - Tornillo 2.7 (Pie Tobillo), 34 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO Y NO BLOQUEO

CÓDIGO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0	
10852-012	12 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 12 mm de largo	TORNILLO DE BLOQUEO 3.0 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10852-014	14 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 14 mm de largo	
10852-016	16 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 16 mm de largo	
10852-018	18 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 18 mm de largo	
10852-020	20 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 20 mm de largo	
10852-022	22 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 22 mm de largo	
10852-024	24 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 24 mm de largo	
10852-026	26 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 26 mm de largo	
10852-028	28 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 28 mm de largo	
10852-030	30 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 30 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO Y NO BLOQUEO

CÓDIGO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0	
10852-032	32 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 32 mm de largo	TORNILLO DE BLOQUEO 3.0 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10852-034	34 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 34 mm de largo	
10852-036	36 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 36 mm de largo	
10852-038	38 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 38 mm de largo	
10852-040	40 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 40 mm de largo	
10852-042	42 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 42 mm de largo	
10852-044	44 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 44 mm de largo	
10852-046	46 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 46 mm de largo	
10852-048	48 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 48 mm de largo	
10852-050	50 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 50 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO Y NO BLOQUEO

CÓDIGO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Tornillo 3.0	
10853-012	12 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 12 mm de largo	 **TORNILLO 3.0** **No. de Registro Sanitario** **1432C2018 SSA**
10853-014	14 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 14 mm de largo	
10853-016	16 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 16 mm de largo	
10853-018	18 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 18 mm de largo	
10853-020	20 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 20 mm de largo	
10853-022	22 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 22 mm de largo	
10853-024	24 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 24 mm de largo	
10853-026	26 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 26 mm de largo	
10853-028	28 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 28 mm de largo	
10853-030	30 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.0 (Pie Tobillo), 30 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO Y NO BLOQUEO

CÓDIGO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Tornillo 3.0	
10853-032	32 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 32 mm de largo	TORNILLO 3.0 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10853-034	34 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 34 mm de largo	
10853-036	36 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 36 mm de largo	
10853-038	38 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 38 mm de largo	
10853-040	40 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 40 mm de largo	
10853-042	42 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 42 mm de largo	
10853-044	44 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 44 mm de largo	
10853-046	46 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 46 mm de largo	
10853-048	48 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 48 mm de largo	
10853-050	50 mm	Overfix - Tornillo 3.0 (Pie Tobillo), 50 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO Y NO BLOQUEO

CÓDIGO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5	
10854-020	20 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 20 mm de largo	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10854-022	22 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 22 mm de largo	
10854-024	24 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 24 mm de largo	
10854-026	26 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 26 mm de largo	
10854-028	28 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 28 mm de largo	
10854-030	30 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 30 mm de largo	
10854-032	32 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 32 mm de largo	
10854-034	34 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 34 mm de largo	
10854-036	36 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 36 mm de largo	
10854-038	38 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 38 mm de largo	
10854-040	40 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 40 mm de largo	
10854-042	42 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 42 mm de largo	
10854-044	44 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 44 mm de largo	
10854-046	46 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 46 mm de largo	
10854-048	48 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 48 mm de largo	
10854-050	50 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 50 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO Y NO BLOQUEO

CÓDIGO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Tornillo 3.5	
10855-020	20 mm	Overfix - Tornillo 3.5 (Pie Tobillo), 20 mm de largo	TORNILLO 3.5 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10855-022	22 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 22 mm de largo	
10855-024	24 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 24 mm de largo	
10855-026	26 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 26 mm de largo	
10855-028	28 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 28 mm de largo	
10855-030	30 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 30 mm de largo	
10855-032	32 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 32 mm de largo	
10855-034	34 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 34 mm de largo	
10855-036	36 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 36 mm de largo	
10855-038	38 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 38 mm de largo	
10855-040	40 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 40 mm de largo	
10855-042	42 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 42 mm de largo	
10855-044	44 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 44 mm de largo	
10855-046	46 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 46 mm de largo	
10855-048	48 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 48 mm de largo	
10855-050	50 mm	Overfix - Tornillo de Bloqueo 3.5 (Pie Tobillo), 50 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Micro HB2.5	
10538-008	2.5 x 8 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 8 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN MICRO HB2.5 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10538-009	2.5 x 9 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 9 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-010	2.5 x 10 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 10 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-011	2.5 x 11 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 11 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-012	2.5 x 12 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 12 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-013	2.5 x 13 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 13 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-014	2.5 x 14 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 14 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-016	2.5 x 16 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 16 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-018	2.5 x 18 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 18 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-020	2.5 x 20 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 20 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-022	2.5 x 22 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 22 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-024	2.5 x 24 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 24 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-026	2.5 x 26 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 26 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-028	2.5 x 28 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 28 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	
10538-030	2.5 x 30 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Micro HB 2.5 x 30 mm, Utiliza alambre de Kirschner 0,8mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Mini HB3.5	
10539-016	3.5 x 16 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 16 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN MINI HB3.5 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10539-018	3.5 x 18 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 18 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-020	3.5 x 20 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 20 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-022	3.5 x 22 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 22 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-024	3.5 x 24 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 24 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-026	3.5 x 26 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 26 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-028	3.5 x 28 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 28 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-030	3.5 x 30 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 30 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-032	3.5 x 32 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 32 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-034	3.5 x 34 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 34 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-036	3.5 x 36 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 36 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-038	3.5 x 38 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 38 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	
10539-040	3.5 x 40 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Mini HB 3.5 x 40 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,0mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Estándar HB4.0	
10540-016	4.0 x 16 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 16 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN ESTÁNDAR HB4.0 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10540-018	4.0 x 18 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 18 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-020	4.0 x 20 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 20 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-022	4.0 x 22 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 22 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-024	4.0 x 24 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 24 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-026	4.0 x 26 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 26 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-028	4.0 x 28 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 28 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-030	4.0 x 30 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 30 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-032	4.0 x 32 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 32 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-034	4.0 x 34 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 34 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-036	4.0 x 36 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 36 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-038	4.0 x 38 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 38 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-040	4.0 x 40 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 40 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-042	4.0 x 42 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 42 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-044	4.0 x 44 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 44 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-046	4.0 x 46 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 46 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-048	4.0 x 48 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 48 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	
10540-050	4.0 x 50 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 4.0 x 50 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,4mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Estándar HB5.0	
10541-020	5.0 x 20 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 20 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN ESTÁNDAR HB5.0 No. de Registro Sanitario 1432C2018 SSA
10541-025	5.0 x 25 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 25 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-030	5.0 x 30 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 30 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-035	5.0 x 35 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 35 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-040	5.0 x 40 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 40 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-045	5.0 x 45 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 45 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-050	5.0 x 50 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 50 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-055	5.0 x 55 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 55 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-060	5.0 x 60 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 60 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-065	5.0 x 65 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 65 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-070	5.0 x 70 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 70 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-075	5.0 x 75 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 75 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	
10541-080	5.0 x 80 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 5.0 x 80 mm, Utiliza alambre de Kirschner 1,8mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Estándar HB6.5	
10546-030	6.5 x 30 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 30 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-035	6.5 x 35 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 35 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-040	6.5 x 40 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 40 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-045	6.5 x 45 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 45 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-050	6.5 x 50 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 50 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-055	6.5 x 55 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 55 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-060	6.5 x 60 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 60 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-065	6.5 x 65 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 65 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-070	6.5 x 70 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 70 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-075	6.5 x 75 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 75 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-080	6.5 x 80 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 80 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-085	6.5 x 85 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 85 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-090	6.5 x 90 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 90 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-095	6.5 x 95 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 95 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	
10546-100	6.5 x 100 mm	Overfix - Tornillo Canulado de Doble Compresión Estándar HB 6.5 x 100 mm, Utiliza alambre de Kirschner 2,0mm	

TORNILLO CANULADO DE DOBLE COMPRESIÓN ESTÁNDAR HB6.5
No. de Registro Sanitario
1432C2018 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE PIE Y TOBILLO

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE ALAMBRES DE KIRSCHNER

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		Overfix - Alambres de Kirschner	
13508-015	0.8 x 150 mm	Overfix - Alambres de Kirschner 0.8 x 150 mm	
15014-108	1.0 x 150 mm	Overfix - Alambres de Kirschner 1.0 x 150 mm	
15014-208	1.5 x 150 mm	Overfix - Alambres de Kirschner 1.5 x 150 mm	
13520-025	2.0 x 250 mm	Overfix - Alambres de Kirschner 2.0 x 250 mm	

ALAMBRES DE KIRSCHNER
No. de Registro Sanitario
1432C2018 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX

TRAUMA

AK MEDICAL
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

jri
Orthopaedics

OVERFIX® TRAUMA

OVERFIX® SPINE

OVERFIX® SPORTS MEDICINE

OVERFIX® POWER TOOLS

CHAMBER MEXICO CHINA

CERTIFIED ISO 13485

CE

FDA

TÜV

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

AGEMED
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA EN SALUD

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Instituto de Salud Pública
Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com