DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

COTTEY-MD
PLACAS PARA PIE

OVERFIX®

TRAUMA

CATÁLOGO

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CARACTERÍSTICAS

Placas para calcáneo 2.7 I

Placas para calcáneo 2.7 II

Placas para calcáneo 2.7 III

Placas para fusión de pie 2.4/2.7 I

Placas para fusión de pie 2.4/2.7 VII-0°

Placas para escafoides navicular 2.4/2.7

Placas para cuboides 2.4/2.7

Placas para astrágalo 2.4/2.7

Placas para retropié/ mediopié 2.4/2.7

Placas condíleas 2.7

Placas para fusión de pie 2.4/2.7 II

Placas para fusión de pie 2.4/2.7 VII-5°

Placas para calcáneo

Placas para fusión de pie 2.4/2.7 VII-10°

Placas condíleas 2.7 II

Placas para fusión de pie 2.4/2.7 III

Placas para calcáneo 3.5 II

Placa de cuña de apertura I

Placas en L 2.7

Placas para fusión de pie 2.4/2.7 V

Placas para fusión de pie 2.4/2.7 VI

Placa de cuña de apertura II

Placas en L oblicuas 2.7

Placas para fusión de pie 2.4/2.7 IV

Placa de forma estable II

Placa de forma estable I

Placas en T 2.7

INTRODUCCIÓN

La rosca de bloqueo variable con cabeza esférica proporciona un bloqueo de ángulo variable de mas o menos 15° en cualquier dirección.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CARACTERÍSTICAS

PLACAS DE BLOQUEO PARA ANTEPIÉ Y MEDIOPIÉ 2.4/2.7

• Se utilizan para fracturas de antepié y mediopié, ortopedia, fusiones, etc.
• Amplia variedad de tipos de placas, proporcionando múltiples soluciones quirúrgicas.

PLACAS EN X; PLACAS PARA FUSIÓN DE PIE II 2.4/2.7

• El orificio de presión para alambre de Kirschner se puede utilizar para fijar la placa de bloqueo en la superficie ósea de forma anticipada y, al mismo tiempo, lograr el efecto de compresión mediante la operación de compresión.

• Diseño de perfil bajo, adecuado para fusiones de múltiples partes, osteotomías y fijación de fracturas.

PLACAS PARA FUSIÓN DE PIE III; IV; V 2.4/2.7

• El cuello de la placa de bloqueo es fácil de doblar para adaptarse a la fijación y fusión de las diferentes articulaciones tarsometatarsianas.

• El orificio de presión para alambre de Kirschner se puede utilizar para fijar la placa de bloqueo en la superficie ósea por adelantado, logrando al mismo tiempo el efecto de compresión mediante la operación de compresión.

• El diseño en forma de gota de lágrima permite realizar el bloqueo y la compresión en un solo paso.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CARACTERÍSTICAS

PLACAS PARA CUBOIDES 2.4/2.7; PLACAS PARA ESCAFOIDES 2.4/2.7

• Especialmente diseñadas para la fijación de fracturas de cuboides y escafoides, con un diseño anatómico de perfil bajo.
• Se pueden doblar para moldearlas durante la operación.
• Los orificios excedentes se pueden cortar de acuerdo con las necesidades quirúrgicas.

PLACAS PARA FUSIÓN DE PIE VI 2.4/2.7

• Diseño anatómico especial para la fijación de la primera articulación tarsometatarsiana.
• La placa de bloqueo se coloca de manera dorsomedial al primer metatarsiano y al hueso cuneiforme.
• El orificio de presión para alambre de Kirschner y el orificio de compresión deslizante en forma de gota de lágrima proporcionan un modelo de doble compresión.

PLACAS PARA FUSIÓN DE PIE VII 2.4/2.7

• Forma anatómica especial diseñada para la primera articulación metatarsofalángica.
• Diseño con 10° de eversión, dividido en lados izquierdo y derecho.
• La flexión dorsal se adapta a diferentes necesidades.
• El orificio de presión para alambre de Kirschner y el orificio de compresión deslizante en forma de gota de lágrima proporcionan un modelo de doble compresión.

PLACAS DE BLOQUEO PARA ANTEPIÉ Y MEDIOPIÉ 2.7

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CARACTERÍSTICAS

PLACAS PARA CALCÁNEO 2.7

• Se diseñaron tres tipos basados en la anatomía del calcáneo, adecuados para un amplio rango de indicaciones clínicas.
• Los tornillos de bloqueo variable de 2.7 mm satisfacen las necesidades de colocación en ángulos variables.
• La columna de soporte central proporciona estabilidad para los fragmentos de la pared lateral.
• El diseño con aletas de la placa de bloqueo puede soportar eficazmente el fragmento de la fractura.
• La zona de la tuberosidad del calcáneo se dobla fácilmente para adaptarse a las diferentes anatomías.

PLACAS PARA CALCÁNEO 3.5

PLACA DE CUÑA DE APERTURA

• Adecuada para la corrección mediante osteotomía abierta de la base metatarsiana y hallux valgus severo.
• Múltiples opciones de tamaño para mantener la longitud metatarsiana.
• El diseño de perfil bajo reduce la irritación de tejidos blandos.
• Capaz de corregir ángulos intermetatarsianos de medianos a grandes; adecuada para el alargamiento de la columna lateral.

PLACAS DE FORMA ESTABLE

• Se utilizan para fusionar la articulación metatarsocuneiforme y corregir la deformidad del mediopié anterior causada por lesiones en esta zona.

• El orificio central para alambre de Kirschner facilita la fijación temporal durante la cirugía.

• La ranura de compresión puede reforzar la unión del sitio de la osteotomía y aumentar la estabilidad de la placa ósea y de la estructura del hueso.

• Múltiples opciones de altura para satisfacer las necesidades anatómicas.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE 2.4

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
53002406	6mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 6mm de largo	
53002407	7mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 7mm de largo	
53002408	8mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 8mm de largo	
53002409	9mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 9mm de largo	
53002410	10mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 10mm de largo	
53002411	11mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 11mm de largo	
53002412	12mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 12mm de largo	
53002413	13mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 13mm de largo	
53002414	14mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 14mm de largo	
53002416	16mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 16mm de largo	
53002418	18mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 18mm de largo	
53002420	20mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 20mm de largo	
53002422	22mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 22mm de largo	
53002424	24mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 24mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE 2.4 Y TORNILLO CORTICAL 2.4

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
53002426	26mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 26mm de largo	
53002428	28mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 28mm de largo	
53002430	30mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4, 30mm de largo	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52402406	6mm largo	Tornillo cortical 2.4, 6mm de largo	
52402408	8mm largo	Tornillo cortical 2.4, 8mm de largo	
52402410	10mm largo	Tornillo cortical 2.4, 10mm de largo	
52402412	12mm largo	Tornillo cortical 2.4, 12mm de largo	
52402414	14mm largo	Tornillo cortical 2.4, 14mm de largo	
52402416	16mm largo	Tornillo cortical 2.4, 16mm de largo	
52402418	18mm largo	Tornillo cortical 2.4, 18mm de largo	
52402420	20mm largo	Tornillo cortical 2.4, 20mm de largo	
52402422	22mm largo	Tornillo cortical 2.4, 22mm de largo	
52402424	24mm largo	Tornillo cortical 2.4, 24mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CORTICAL 2.4

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52402426	26mm largo	Tornillo cortical 2.4, 26mm de largo	
52402428	28mm largo	Tornillo cortical 2.4, 28mm de largo	
52402430	30mm largo	Tornillo cortical 2.4, 30mm de largo	
52402432	32mm largo	Tornillo cortical 2.4, 32mm de largo	
52402434	34mm largo	Tornillo cortical 2.4, 34mm de largo	
52402436	36mm largo	Tornillo cortical 2.4, 36mm de largo	
52402438	38mm largo	Tornillo cortical 2.4, 38mm de largo	
52402440	40mm largo	Tornillo cortical 2.4, 40mm de largo	
52402442	42mm largo	Tornillo cortical 2.4, 42mm de largo	
52402444	44mm largo	Tornillo cortical 2.4, 44mm de largo	
52402446	46mm largo	Tornillo cortical 2.4, 46mm de largo	
52402448	48mm largo	Tornillo cortical 2.4, 48mm de largo	
52402450	50mm largo	Tornillo cortical 2.4, 50mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE 2.7

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
53002708	8mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 8mm de largo	
53002710	10mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 10mm de largo	
53002712	12mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 12mm de largo	
53002714	14mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 14mm de largo	
53002716	16mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 16mm de largo	
53002718	18mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 18mm de largo	
53002720	20mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 20mm de largo	
53002722	22mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 22mm de largo	
53002724	24mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 24mm de largo	
53002726	26mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 26mm de largo	
53002728	28mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 28mm de largo	
53002730	30mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 30mm de largo	
53002732	32mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 32mm de largo	
53002734	34mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 34mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE 2.7 Y TORNILLO CORTICAL 2.7

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
53002736	36mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 36mm de largo	
53002738	38mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 38mm de largo	
53002740	40mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 40mm de largo	
53002742	42mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 42mm de largo	
53002744	44mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 44mm de largo	
53002746	46mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 46mm de largo	
53002748	48mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 48mm de largo	
53002750	50mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 50mm de largo	
53002755	55mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 55mm de largo	
53002760	60mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.7, 60mm de largo	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52402706	6mm largo	Tornillo cortical 2.7, 6mm de largo	
52402708	8mm largo	Tornillo cortical 2.7, 8mm de largo	
52402710	10mm largo	Tornillo cortical 2.7, 10mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CORTICAL 2.7

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52402712	12mm largo	Tornillo cortical 2.7, 12mm de largo	
52402714	14mm largo	Tornillo cortical 2.7, 14mm de largo	
52402716	16mm largo	Tornillo cortical 2.7, 16mm de largo	
52402718	18mm largo	Tornillo cortical 2.7, 18mm de largo	
52402720	20mm largo	Tornillo cortical 2.7, 20mm de largo	
52402722	22mm largo	Tornillo cortical 2.7, 22mm de largo	
52402724	24mm largo	Tornillo cortical 2.7, 24mm de largo	
52402726	26mm largo	Tornillo cortical 2.7, 26mm de largo	
52402728	28mm largo	Tornillo cortical 2.7, 28mm de largo	
52402730	30mm largo	Tornillo cortical 2.7, 30mm de largo	
52402732	32mm largo	Tornillo cortical 2.7, 32mm de largo	
52402734	34mm largo	Tornillo cortical 2.7, 34mm de largo	
52402736	36mm largo	Tornillo cortical 2.7, 36mm de largo	
52402738	38mm largo	Tornillo cortical 2.7, 38mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CORTICAL 2.7 Y TORNILLO DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE 3.5

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52402740	40mm largo	Tornillo cortical 2.7, 40mm de largo	
52402742	42mm largo	Tornillo cortical 2.7, 42mm de largo	
52402744	44mm largo	Tornillo cortical 2.7, 44mm de largo	
52402746	46mm largo	Tornillo cortical 2.7, 46mm de largo	
52402748	48mm largo	Tornillo cortical 2.7, 48mm de largo	
52402750	50mm largo	Tornillo cortical 2.7, 50mm de largo	
52402755	55mm largo	Tornillo cortical 2.7, 55mm de largo	
52402760	60mm largo	Tornillo cortical 2.7, 60mm de largo	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
53003510	10mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 10mm de largo	
53003512	12mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 12mm de largo	
53003514	14mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 14mm de largo	
53003516	16mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 16mm de largo	
53003518	18mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 18mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE 3.5

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
53003520	20mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 20mm de largo	
53003522	22mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 22mm de largo	
53003524	24mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 24mm de largo	
53003526	26mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 26mm de largo	
53003528	28mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 28mm de largo	
53003530	30mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 30mm de largo	
53003532	32mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 32mm de largo	
53003534	34mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 34mm de largo	
53003536	36mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 36mm de largo	
53003538	38mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 38mm de largo	
53003540	40mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 40mm de largo	
53003542	42mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 42mm de largo	
53003544	44mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 44mm de largo	
53003546	46mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 46mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE 3.5 Y TORNILLO CORTICAL 3.5

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
53003548	48mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 48mm de largo	
53003550	50mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 50mm de largo	
53003555	55mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 55mm de largo	
53003560	60mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 60mm de largo	
53003565	65mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 65mm de largo	
53003570	70mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 70mm de largo	
53003575	75mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 75mm de largo	
53003580	80mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 80mm de largo	
53003585	85mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 85mm de largo	
53003590	90mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 90mm de largo	
53003595	95mm largo	Tornillo de bloqueo de ángulo variable 3.5, 95mm de largo	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52403510	10mm largo	Tornillo cortical 3.5, 10mm de largo	
52403512	12mm largo	Tornillo cortical 3.5, 12mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CORTICAL 3.5

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52403514	14mm largo	Tornillo cortical 3.5, 14mm de largo	
52403516	16mm largo	Tornillo cortical 3.5, 16mm de largo	
52403518	18mm largo	Tornillo cortical 3.5, 18mm de largo	
52403520	20mm largo	Tornillo cortical 3.5, 20mm de largo	
52403522	22mm largo	Tornillo cortical 3.5, 22mm de largo	
52403524	24mm largo	Tornillo cortical 3.5, 24mm de largo	
52403526	26mm largo	Tornillo cortical 3.5, 26mm de largo	
52403528	28mm largo	Tornillo cortical 3.5, 28mm de largo	
52403530	30mm largo	Tornillo cortical 3.5, 30mm de largo	
52403532	32mm largo	Tornillo cortical 3.5, 32mm de largo	
52403534	34mm largo	Tornillo cortical 3.5, 34mm de largo	
52403536	36mm largo	Tornillo cortical 3.5, 36mm de largo	
52403538	38mm largo	Tornillo cortical 3.5, 38mm de largo	
52403540	40mm largo	Tornillo cortical 3.5, 40mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO CORTICAL 3.5 Y TORNILLO ESPONJOSO 4.0 CON ROSCA TOTAL

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52403542	42mm largo	Tornillo cortical 3.5, 42mm de largo	
52403544	44mm largo	Tornillo cortical 3.5, 44mm de largo	
52403546	46mm largo	Tornillo cortical 3.5, 46mm de largo	
52403548	48mm largo	Tornillo cortical 3.5, 48mm de largo	
52403550	50mm largo	Tornillo cortical 3.5, 50mm de largo	
52403555	55mm largo	Tornillo cortical 3.5, 55mm de largo	
52403560	60mm largo	Tornillo cortical 3.5, 60mm de largo	
52403565	65mm largo	Tornillo cortical 3.5, 65mm de largo	
52403570	70mm largo	Tornillo cortical 3.5, 70mm de largo	
52403575	75mm largo	Tornillo cortical 3.5, 75mm de largo	
52403580	80mm largo	Tornillo cortical 3.5, 80mm de largo	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52504010	10mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 10mm de largo	
52504012	12mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 12mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO ESPONJOSO 4.0 CON ROSCA TOTAL

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52504014	14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 14mm de largo	
52504016	16mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 16mm de largo	
52504018	18mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 18mm de largo	
52504020	20mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 20mm de largo	
52504022	22mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 22mm de largo	
52504024	24mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 24mm de largo	
52504026	26mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 26mm de largo	
52504028	28mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 28mm de largo	
52504030	30mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 30mm de largo	
52504032	32mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 32mm de largo	
52504034	34mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 34mm de largo	
52504036	36mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 36mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO ESPONJOSO 4.0 CON ROSCA TOTAL

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52504038	38mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 38mm de largo	
52504040	40mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 40mm de largo	
52504045	45mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 45mm de largo	
52504050	50mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 50mm de largo	
52504055	55mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 55mm de largo	
52504060	60mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 60mm de largo	
52504065	65mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 65mm de largo	
52504070	70mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 70mm de largo	
52504075	75mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 75mm de largo	
52504080	80mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 80mm de largo	
52504085	85mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 85mm de largo	
52504090	90mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 90mm de largo	
52504095	95mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 95mm de largo	
52504000	100mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, Con rosca completa, 100mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO ESPONJOSO 4.0

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52514010	10.5mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 10.5mm de largo	
52514012	12.5mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 12.5mm de largo	
52514014	14.5mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 14.5mm de largo	
52514016	16.6mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 16.6mm de largo	
52514018	18.7mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 18.7mm de largo	
52514020	20.8mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 20.8mm de largo	
52514022	22.9mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 22.9mm de largo	
52514024	24.1mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 24.1mm de largo	
52514026	26.12mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 26.12mm de largo	
52514028	28.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 28.14mm de largo	
52514030	30.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 30.14mm de largo	
52514032	32.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 32.14mm de largo	
52514034	34.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 34.14mm de largo	
52514036	36.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 36.14mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO ESPONJOSO 4.0

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52514038	38.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 38.14mm de largo	
52514040	40.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 40.14mm de largo	
52514045	45.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 45.14mm de largo	
52514050	50.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 50.14mm de largo	
52514055	55.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 55.14mm de largo	
52514060	60.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 60.14mm de largo	
52514065	65.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 65.14mm de largo	
52514070	70.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 70.14mm de largo	
52514075	75.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 75.14mm de largo	
52514080	80.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 80.14mm de largo	
52514085	85.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 85.14mm de largo	
52514090	90.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 90.14mm de largo	
52514095	95.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 95.14mm de largo	
52514000	100.14mm largo	Tornillo esponjoso 4.0, 100.14mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACAS

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52232802	2 orificios	Placas en I 2.4/2.7, 2 orificios 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233006	6 orificios	Placas para astrágalo 2.4/2.7, 6 orificios 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233105	5 orificios	Placas para retropié/mediopié 2.4/2.7, 5 orificios 1.6mm de espesor	
52233108	8 orificios	Placas para retropié/mediopié 2.4/2.7, 8 orificios 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233300	Pequeño	Placas en X 2.4/2.7, Pequeño 1.6mm de espesor	
52233301	Mediano	Placas en X 2.4/2.7, Mediano 1.6mm de espesor	
52233302	Grande	Placas en X 2.4/2.7, Grande 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233402	2 orificios	Placas para fusión de pie I 2.4/2.7, 2 orificios 1.6mm de espesor	
52233404	4 orificios	Placas para fusión de pie I 2.4/2.7, 4 orificios 1.6mm de espesor	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACAS

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233500	Pequeño	Placas para fusión de pie II 2.4/2.7, Pequeño 1.6mm de espesor	
52233501	Mediano	Placas para fusión de pie II 2.4/2.7, Mediano 1.6mm de espesor	
52233502	Grande	Placas para fusión de pie II 2.4/2.7, Grande 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233602	2 orificios	Placas para fusión de pie III 2.4/2.7, 2 orificios 1.5mm de espesor	
52233603	3 orificios	Placas para fusión de pie III 2.4/2.7, 3 orificios 1.5mm de espesor	
52233604	4 orificios	Placas para fusión de pie III 2.4/2.7, 4 orificios 1.5mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233702	2 orificios	Placas para fusión de pie IV 2.4/2.7, 2 orificios 1.5mm de espesor	
52233703	3 orificios	Placas para fusión de pie IV 2.4/2.7, 3 orificios 1.5mm de espesor	
52233704	4 orificios	Placas para fusión de pie IV 2.4/2.7, 4 orificios 1.5mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233832	52233862	2 orificios	Placas para fusión de pie V 2.4/2.7, 2 orificios, 1.5mm de espesor	
52233833	52233863	3 orificios	Placas para fusión de pie V 2.4/2.7, 3 orificios, 1.5mm de espesor	
52233834	52233864	4 orificios	Placas para fusión de pie V 2.4/2.7, 4 orificios, 1.5mm de espesor	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACAS

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52232911	11 orificios	Placas para escafoides 2.4/2.7, 11 orificios 1.6mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233241	52233271	11 orificios	Placas para cuboides 2.4/2.7, 11 orificios, 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52233906	6 orificios	Placas para fusión de pie VI 2.4/2.7, 6 orificios 1.6mm de espesor	
52233907	7 orificios	Placas para fusión de pie VI 2.4/2.7, 7 orificios 1.6mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234030	52234060	Pequeño	Placas para fusión de pie VII-0° 2.4/2.7, Pequeño, 1.6mm de espesor	
52234031	52234061	Mediano	Placas para fusión de pie VII-0° 2.4/2.7, Mediano, 1.6mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234130	52234160	Pequeño	Placas para fusión de pie VII-5° 2.4/2.7, Pequeño, 1.6mm de espesor	
52234131	52234161	Mediano	Placas para fusión de pie VII-5° 2.4/2.7, Mediano, 1.6mm de espesor	
52234132	52234162	Grande	Placas para fusión de pie VII-5° 2.4/2.7, Grande, 1.6mm de espesor	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACAS

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234230	52234260	Pequeño	Placas para fusión de pie VII-10° 2.4/2.7, Pequeño, 1.6mm de espesor	
52234231	52234261	Mediano	Placas para fusión de pie VII-10° 2.4/2.7, Mediano, 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234304	4 orificios	Placa recta 2.7, 4 orificios 2.7mm de espesor	
52234305	5 orificios	Placa recta 2.7, 5 orificios 2.7mm de espesor	
52234306	6 orificios	Placa recta 2.7, 6 orificios 2.7mm de espesor	
52234307	7 orificios	Placa recta 2.7, 7 orificios 2.7mm de espesor	
52234308	8 orificios	Placa recta 2.7, 8 orificios 2.7mm de espesor	
52234309	9 orificios	Placa recta 2.7, 9 orificios 2.7mm de espesor	
52234310	10 orificios	Placa recta 2.7, 10 orificios 2.7mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234404	4 orificios	Placa de reconstrucción 2.7, 4 orificios 2.0mm de espesor	
52234405	5 orificios	Placa de reconstrucción 2.7, 5 orificios 2.0mm de espesor	
52234406	6 orificios	Placa de reconstrucción 2.7, 6 orificios 2.0mm de espesor	
52234407	7 orificios	Placa de reconstrucción 2.7, 7 orificios 2.0mm de espesor	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACAS

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234408	8 orificios	Placa de reconstrucción 2.7, 8 orificios 2.0mm de espesor	
52234409	9 orificios	Placa de reconstrucción 2.7, 9 orificios 2.0mm de espesor	
52234410	10 orificios	Placa de reconstrucción 2.7, 10 orificios 2.0mm de espesor	
52234415	15 orificios	Placa de reconstrucción 2.7, 15 orificios 2.0mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234503	3 orificios	Placa condílea 2.7, 3 orificios 1.6mm de espesor	
52234504	4 orificios	Placa condílea 2.7, 4 orificios 1.6mm de espesor	
52234505	5 orificios	Placa condílea 2.7, 5 orificios 1.6mm de espesor	
52234506	6 orificios	Placa condílea 2.7, 6 orificios 1.6mm de espesor	
52234507	7 orificios	Placa condílea 2.7, 7 orificios 1.6mm de espesor	
52234508	8 orificios	Placa condílea 2.7, 8 orificios 1.6mm de espesor	
52234513	13 orificios	Placa condílea 2.7, 13 orificios 1.6mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234733	52234763	3 orificios	Placa en L 2.7, 3 orificios, 1.6mm de espesor	
52234734	52234764	4 orificios	Placa en L 2.7, 4 orificios, 1.6mm de espesor	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACAS

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234833	52234863	3 orificios	Placa en L oblicua 2.7, 3 orificios, 1.6mm de espesor	
52234834	52234864	4 orificios	Placa en L oblicua 2.7, 4 orificios, 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234903	3 orificios	Placa en T 2.7, 3 orificios 1.6mm de espesor	
52234904	4 orificios	Placa en T 2.7, 4 orificios 1.6mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52234633	52234663	3 orificios	Placa condílea 2.7, II 3 orificios, 1.6mm de espesor	
52234634	52234664	4 orificios	Placa condílea 2.7, II 4 orificios, 1.6mm de espesor	
52234635	52234665	5 orificios	Placa condílea 2.7, II 5 orificios, 1.6mm de espesor	
52234636	52234666	6 orificios	Placa condílea 2.7, II 6 orificios, 1.6mm de espesor	
52234637	52234667	7 orificios	Placa condílea 2.7, II 7 orificios, 1.6mm de espesor	
52234638	52234668	8 orificios	Placa condílea 2.7, II 8 orificios, 1.6mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	ORIFICIOS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52235030	52235060	58	Placas para calcáneo I 2.7, 58 1.6mm de espesor	
52235031	52235061	64	Placas para calcáneo I 2.7, 64 1.6mm de espesor	
52235032	52235062	70	Placas para calcáneo I 2.7, 70 1.6mm de espesor	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACAS

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52235130	52235160	58	Placas para calcáneo II 2.7, 58 1.6mm de espesor	
52235131	52235161	64	Placas para calcáneo II 2.7, 64 1.6mm de espesor	
52235132	52235162	70	Placas para calcáneo II 2.7, 70 1.6mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52235230	52235260	40	Placas para calcáneo III 2.7, 40 1.6mm de espesor	
52235231	52235261	56	Placas para calcáneo III 2.7, 56 1.6mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52203430	52203460	-	Placas para calcáneo 1.2mm de espesor	
52203431	52203461	-	Placas para calcáneo 1.2mm de espesor	
52203432	52203462	-	Placas para calcáneo 1.2mm de espesor	

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52205045	52205075	5 orificios	Placas para calcáneo II 3.5, 5 orificios, 1.6mm de espesor	
52205048	52205078	8 orificios	Placas para calcáneo II 3.5, 8 orificios, 1.6mm de espesor	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACAS

CÓDIGO	ESPACIADOR	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52236301	Espaciador=6	Placa de cuña de apertura I Espaciador=6 1.6mm de espesor	
52236302	Espaciador=8	Placa de cuña de apertura I Espaciador=8 1.6mm de espesor	
52236303	Espaciador=10	Placa de cuña de apertura I Espaciador=10 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	ESPACIADOR	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52236501	Espaciador=2	Placa de cuña de apertura III Espaciador=2 1.6mm de espesor	
52236502	Espaciador=4	Placa de cuña de apertura III Espaciador=4 1.6mm de espesor	
52236503	Espaciador=6	Placa de cuña de apertura III Espaciador=6 1.6mm de espesor	
52236504	Espaciador=8	Placa de cuña de apertura III Espaciador=8 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	PASO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52239202	Paso=2	Placa de forma estable, I Paso=2, 1.6mm de espesor	
52239203	Paso=4	Placa de forma estable, I Paso=4, 1.6mm de espesor	
52239204	Paso=6	Placa de forma estable, I Paso=6, 1.6mm de espesor	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE PLACAS E INSTRUMENTAL DE PLACAS DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
52239303	Paso=4	Placa de forma estable, II Paso=4, 1.6mm de espesor	
52239304	Paso=6	Placa de forma estable, II Paso=6, 1.6mm de espesor	
52239305	Paso=8	Placa de forma estable, II Paso=8, 1.6mm de espesor	
52239306	Paso=10	Placa de forma estable, II Paso=10, 1.6mm de espesor	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
13027010	0	Alambre de 1.6 mm con tope	
13027030	1	Guía de broca de 2.1 de doble propósito	
13027040	1	Guía de broca de 2.8 de doble propósito	
13027060	2	Broca de 2.1 x 140	
13026050	1	Broca de 2.5 x 175	
13026060	2	Broca de 2.8 x 145	
13024060	1	Limitador de torque - 0.8 N·m	
13026110	1	Limitador de torque - 2.0 N·m	
13024070	1	Mango para limitador de torque (0.4-0.8)	
13026130	1	Mango para limitador de torque (1.6-3.5)	
13024130	1	Mango de trinquete con acoplamiento rápido-S	
13027090	1	Medidor de profundidad para tornillos 2.7-4.0	
13026160	2	Vástago de destornillador Star de 2.4	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
13027110	2	Vástago de destornillador Star de 3.2	
13024080	1	Destornillador Star de 2.4	
13027120	1	Destornillador Star de 3.2	
13026260	1	Guía de broca 2.1	
13026270	2	Guía de broca 2.8	
13026220	1	Pinzas para implantes	
13027160	2	Dobladores de placas	
13024050	0	Guía de broca para compresión 1.9-2.1	
13026190	0	Guía de broca para compresión 2.8	
13026010	0	Alambre de 1.6	
13026210	0	Guía de broca doble 2.5/3.2	
13026230	0	Guía de broca poliaxial 2.1 (rosca combinada)	
13026240	0	Guía de broca poliaxial 2.8 (rosca combinada)	
13019002	0	Pinza de reducción con punta, Mini	
13016002	0	Pinza de reducción con punta, Mediana	
13024030	0	Broca de 1.9 x 120	
13027990	1	Caja de instrumental	
13027991	1	Caja de implantes	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL DE ORTOPÉDICOS PARA EL PIE

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
13025010	1	Pinzas de compresión	
13026010	6	Alambre de 1.6 mm	
13027010	6	Alambre de 1.6 mm con tope	
13025020	1	Fresa cóncava (14)	
13025030	1	Fresa cóncava (16)	
13025040	1	Fresa cóncava (18)	
13025050	1	Fresa cóncava (20)	
13025060	1	Fresa cóncava (22)	
13025070	1	Fresa convexa (14)	
13025080	1	Fresa convexa (16)	
13025090	1	Fresa convexa (18)	
13025100	1	Fresa convexa (20)	
13025110	1	Fresa convexa (22)	
13025120	1	Pinza para expansión y medición	
13025130	1	Mango para cincel	
13025140	1	Cincel recto (10)	
13025150	1	Cincel recto (15)	
13025160	1	Cincel curvo (10)	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
13025170	1	Cincel curvo (15)	
13025180	1	Cincel acodado (10)	
13025190	1	Cincel acodado (15)	
13025200	1	Extractor de cartílago	
13025210	1	Martillo (320)	
13025991	1	Estuche exterior	

CAJAS DE INSTRUMENTAL | PLACAS DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE COTTEY-MD PARA PIE

Caja de implantes:
13027991

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CAJAS DE INSTRUMENTAL | PLACAS DE BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE COTTEY-MD PARA PIE

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CAJAS DE INSTRUMENTAL | ORTOPÉDICOS PARA EL PIE

Importado y Distribuido en Argentina por:

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS LATAM

- Av. Fondo de la Legua 1380, Piso 1, Martinez, Buenos Aires.
Tel: +54 11 7506 8730
bioadvancelatam.com

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

COTTEY-MD
PLACAS PARA PIE

OVERFIX®
TRAUMA

TÉCNICA QUIRÚRGICA

FRACTURA DE CALCÁNEO

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

TÉCNICA QUIRÚRGICA | FRACTURA DE CALCÁNEO

SECUENCIA

01. INCISIÓN

Seleccione la incisión lateral en forma de L para exponer la articulación calcaneocuboidea

02. REDUCIR FRACTURA Y ESTABILIZAR TEMPORALMENTE

Exponga completamente y logre la reducción y estabilización temporal del extremo de la fractura mediante pinzas de reducción (13019002 o 13016002) o la colocación de un alambre de 1.6 (13026010).

03. ELEGIR LA PLACA

1. Seleccione el tipo y la longitud de placa adecuados, lo cual se puede evaluar sosteniendo la placa contra el hueso con las pinzas para implantes (13026220).

2. Utilice los alicates dobladores de placas (13027150) para moldear la placa de manera que se adapte a la anatomía del paciente.

04. FIJACIÓN TEMPORAL DE LA PLACA

Coloque la placa y utilice un alambre de 1.6 mm con tope (13027010) como fijación temporal en la superficie ósea.

05. INSERTAR EL TORNILLO DE BLOQUEO

Inserte el tornillo de bloqueo variable con el ángulo y la longitud adecuados, y realice el apriete final basándose en la situación de la fractura.

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

TÉCNICA QUIRÚRGICA | PASOS BÁSICOS PARA INSERCIÓN DE TORNILLOS

SECUENCIA

01. PERFORAR EL ORIFICIO

Determine el orificio del tornillo y utilice la broca de 2.1 x 140 (13027060) junto con la guía de broca 2.1 (13026260) para realizar una perforación direccional.

Como alternativa, emplee la guía de broca de 2.1 de doble propósito (13027030) para realizar perforaciones multiangulares.

02. DETERMINAR LA LONGITUD DEL TORNILLO

Utilice el medidor de profundidad para tornillos 2.7-4.0 (13027090) para medir la longitud requerida del tornillo.

03. INSERTAR EL TORNILLO

Utilice el destornillador Star de 2.4 (13024080) para insertar los tornillos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

COTTEY-MD
PLACAS PARA PIE

OVERFIX®
TRAUMA

TÉCNICA QUIRÚRGICA

FUSIÓN MTP

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

TÉCNICA QUIRÚRGICA | FUSIÓN MTP

SECUENCIA

01. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ARTICULAR METATARSOFALÁNGICA

Exponga la superficie de la articulación metatarsofalángica y pula el cartílago de la superficie así como el exceso de osteofitos utilizando la fresa cóncava (13025020) y la fresa convexa (13025070).

02. ELEGIR Y COLOCAR LA PLACA

Elija la placa adecuada, ajuste el ángulo de la superficie articular y coloque la placa en la posición correcta de acuerdo con la situación intraoperatoria.

03. COMPRESIÓN Y DISTRACCIÓN

Una vez decididas la selección y posición de la placa, se deben utilizar las pinzas de compresión para reducir la articulación antes de insertar los tornillos y bloquear la placa.

Ajuste las pinzas de compresión (13025010) en la posición adecuada asegurando una distancia suficiente entre las mordazas para lograr la compresión deseada. El dispositivo debe colocarse de manera que permita introducir 2 alambres de Kirschner a ambos lados de la resección articular y por fuera del contorno de la placa.

SECUENCIA

04. INSERTAR EL TORNILLO PROXIMAL

Una vez completada la compresión, inserte los tornillos proximales.

05. INSERTAR LOS TORNILLOS DISTALES

Inserte los tornillos distales. Retire el alambre de Kirschner e inserte los tornillos restantes de forma secuencial.

NOTA: El método de inserción de tornillos hace referencia a los pasos básicos para la inserción de tornillos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

COTTEY-MD
PLACAS PARA PIE

OVERFIX®

TRAUMA

TÉCNICA QUIRÚRGICA

OSTEOTOMÍA EN CUÑA DE APERTURA

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

TÉCNICA QUIRÚRGICA | OSTEOTOMÍA EN CUÑA DE APERTURA

SECUENCIA

01. OSTEOTOMÍA METATARSIANA

Seleccione el punto de osteotomía adecuado mediante fluoroscopia, de forma perpendicular al eje metatarsiano, y realice el corte de la osteotomía desde el lado medial hacia el lateral utilizando el cincel recto (10) (13025140) montado en el mango para cincel (13025130). La profundidad de la osteotomía es de aproximadamente el 70%, manteniendo la integridad de la pared lateral.

02. ELEGIR LA PLACA

Elija la placa adecuada basándose en la anatomía del paciente y en el extremo alto de la osteotomía, y colóquela dentro de la superficie de la osteotomía.

03. INSERTAR EL TORNILLO PROXIMAL

Inserte el tornillo proximal para asegurarse de que la placa y la superficie ósea encajen estrechamente.

04. INSERTAR EL TORNILLO DISTAL

Inserte el tornillo distal. Todos los tornillos de bloqueo deben implantarse al ras de los orificios de los tornillos para evitar la irritación de los tejidos blandos.

NOTA: El método de inserción de tornillos hace referencia a los pasos básicos para la inserción de tornillos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

COTTEY-MD
PLACAS PARA PIE

OVERFIX®

TRAUMA

TÉCNICA QUIRÚRGICA

ALARGAMIENTO DE LA COLUMNA LATERAL

PLACAS PARA PIE COTTEY-MD

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ALARGAMIENTO DE LA COLUMNA LATERAL

SECUENCIA

01. PREPARACIÓN PARA LA OSTEOTOMÍA

Inicie la incisión en la punta distal del peroné y diríjala en ángulo hacia la articulación calcaneocuboidea.

02. COLOCACIÓN DE LA PLACA

La osteotomía se realiza a una distancia aproximada de 1-2 cm proximal y paralela a la articulación calcaneocuboidea (la distancia puede variar según la preferencia del cirujano) utilizando el cincel recto (10) (13025140) montado en el mango para cincel (13025130).

Utilice la pinza para expansión y medición (13025120) en el sitio de la osteotomía. Después de medir la profundidad, coloque la placa adecuada.

03. INTRODUCCIÓN DE TORNILLOS EN LA PLACA

Una vez que haya expandido y abierto la cuña, encaje la cuña de la placa LCL en la parte superior del sitio de la osteotomía (la parte media de las líneas de la placa debe alinearse con la cuña recién creada). Atornille primero el lado proximal de la placa.