OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta



X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA

ANCLA DE FIJACIÓN DE PEEK CON O SIN SUTURA

ANCLA DE FIJACIÓN DE TITANIO CON O SIN SUTURA

X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

CONTENIDO

X-LOCK KNOTLESS ANCHOR

Características ---- 03

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Ancla de Peek Twist in ---- 04

Ancla de Titanio Twist in ---- 05

Ancla de Peek Tap in ---- 06

CODIFICACIÓN

Anclas de Peek ---- 08

Ancla de Titanio ---- 09

Instrumental ---- 10



X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

CARACTERÍSTICAS

El ancla de PEEK X-Lock está fabricada en Polieteretercetona (PEEK). Combina la excelente biocompatibilidad y bioestabilidad con la propiedad de ser radiolúcida.

El ancla de titanio X-Lock está fabricada de aleación de titanio (TC4). Viene precargado con sutura ultra resistente para garantizar una excelente fuerza de fijación y estabilidad en cirugías artroscópicas o técnicas de mini-open.



ANCLA DE PEEK TOTALMENTE ROSCADA

Fabricado con varilla extruida de alta resistencia y tecnología CNC de alta precisión. Sus propiedades mecánicas y la suavidad durante la implantación son superiores a los productos moldeados por inyección.



ANCLA DE TITANIO TOTALMENTE ROSCADA

Diseño del cuerpo del anclaje completamente roscado, resistencia superior a la extrusión (pull-out). Fijación robusta, efectiva para pacientes con calidad ósea deficiente. Elimina la necesidad de perforación previa, fácil de atornillar después del golpeo



ANCLA DE PEEK TAP IN

El diseño del cuerpo del ancla Tap-in facilita la implantación, ofreciendo alta resistencia a la extracción y reduciendo efectivamente el aflojamiento y deslizamiento del ancla. Viene precargado con sutura UHS #2 para medicina deportiva, con un diseño de sutura incorporado que previene el desgaste durante la implantación




X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | PEEK TWIST IN

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE PEEK TOTALMENTE ROSCADA

SECUENCIA


01. INTRODUCCIÓN DE GUÍA

Utilice el Martillo para introducir la Guía Aguda en el hueso hasta que la marca láser esté a ras con la superficie ósea o ligeramente sumergida en ella. (La Guía Aguda solo es adecuada para áreas con hueso duro o en pacientes varones jóvenes adultos.)



02. INSERCIÓN DE ESCARIADOR

Inserte el Escariador X-Lock™ PEEK en la cavidad articular. Utilice el Martillo para avanzar la punta del escariador en el hueso. Gire el Escariador hasta que el láser alcance o esté ligeramente por debajo de la superficie ósea.




03. MANIOBRA DE ANCLA

Atornille el X-Lock™ PEEK girando en sentido horario hasta que la marca láser alcance la superficie ósea o esté ligeramente sumergida en ella.



04. LIBERACIÓN DE SUTURA

Libere la sutura del mango y retire el mango. Complete la implantación del anclaje de sutura X-Lock™ PEEK.




X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | TITANIO TWIST IN

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE TITANIO TOTALMENTE ROSCADA

SECUENCIA


01. INSERCIÓN DE ANCLA

Usando el Martillo, golpee la punta del anclaje de sutura en la superficie ósea.




02. MANIOBRA DE ANCLA

Atornille el X-Lock™ de Titanio girando en sentido horario hasta que la marca láser alcance la superficie ósea o esté ligeramente sumergida en ella.



03. LIBERACIÓN DE SUTURA

Libere la sutura del mango y retire el mango. Complete la implantación del anclaje de sutura X-Lock™ de Titanio.




X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | PEEK TAP IN

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE PEEK TAP IN

SECUENCIA


01. INTRODUCCIÓN DE GUÍA

Prepare la guía de perforación, el obturador afilado y la broca escalonada que coincidan con las especificaciones del ancla. Inserte la guía de perforación en la cavidad articular con su punta contra el sitio de implantación. Ajuste la dirección y sostenga el mango para mantener la dirección.



02. INSERCIÓN DE OBTURADOR

Utilice el martillo para empujar el obturador afilado en el hueso hasta el límite de profundidad al final de la guía de perforación. (El obturador afilado es adecuado solo para áreas con hueso duro o en pacientes jóvenes adultos.)



03. PERFORACIÓN

Utilice la broca escalonada. Perfore hacia adelante hasta el límite de profundidad al final de la guía de perforación, retire la broca y mantenga la guía de perforación en su lugar.



X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | PEEK TAP IN

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE PEEK TAP IN

SECUENCIA


04. INSERCIÓN DE ANCLA

Inserte el ancla X-Lock™ Tap-in a lo largo de la guía de perforación. Utilice el martillo para golpear el mango del ancla en la dirección de la guía de perforación hasta que la línea de marcado alcance la posición predeterminada.



05. LIBERACIÓN DE SUTURA

Libere la sutura del mango y retire el mango junto con la guía de perforación. La implantación del ancla X-Lock™ PEEK Tap-in está completa.



X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | ANCLA CON SUTURA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE ANCLA DE PEEK

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Familia X-Lock Suture Anchor | Ancla de Peek	
91-7903-003-45	**Hombro**	4.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura, 4.5 x 17 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2 Blanca y Blanca-Azul.	
91-7903-003-55	**Hombro**	5.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura, 5.5 x 17 mm con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul.	
91-7903-003-65	**Hombro**	6.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura, 6.5 x 17 mm con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul.	
91-7902-001-02	**Hombro**	4.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura, 4.5 x 17 mm con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul y Azul.	
91-7902-001-01	**Hombro**	5.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura 5.5 x 17 mm con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul y Azul.	
91-7902-001-06	**Hombro**	6.5 x 17 mm	Ancla de PEEK con Sutura 6.5 x 17 mm con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul y Azul.	
			Familia X-Lock Suture Anchor Tap In | Ancla de Peek Tap In	
91-7906-000-30	-	3.0 x 11 mm	Ancla de sutura X-Lock PEEK, con 1 suturaUHS #2, blanco-azul	
91-7906-000-31	-	3.0 x 11 mm	Ancla de sutura X-Lock PEEK, con 1 sutura UHS #2, blanco-negro	
91-7906-000-32	-	3.0 x 11 mm	Ancla de sutura X-Lock PEEK, con 1 sutura UHS #2, blanco y blanco-azul	
91-7906-000-33	-	3.0 x 11 mm	Ancla de sutura X-Lock PEEK, con 1 sutura UHS #2, blanco y blanco-negro	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | ANCLA CON SUTURA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE ANCLA DE TITANIO

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Familia X-Lock Suture Anchor | Ancla de Titanio	
91-7901-004-02	**Hombro**	4.5 x 19 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 4.5x19mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1000mm, Blanca-zul	
91-7901-004-01	**Hombro**	4.5 x 19 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 4.5x19mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7901-004-03	**Hombro**	5.5 x 19 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 5.5x19mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7901-004-04	**Hombro**	6.5 x 20 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 6.5x20mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	





No. de Registro Sanitario 2479-21

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

X-LOCK® KNOTLESS ANCHOR | INSTRUMENTAL

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
91-7805-000-78	4.5/5.5 mm	Punzón para X-Lock™, 4.5/5.5mm
91-7805-000-81	6.5 mm	Punzón para X-Lock™, 6.5mm
91-7805-000-83	4.5 mm	Machuelo para X-Lock™, 4.5mm
91-7805-000-84	5.5 mm	Machuelo para X-Lock™, 5.5mm
91-7805-000-85	6.5 mm	Machuelo para X-Lock™, 6.5mm

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS


bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL REPRESENTANTE EXCLUSIVO · jri Ortopedia · OVERFIX® TRAUMA · OVERFIX · OVERFIX® SPORTS MEDICINE · OVERFIX® POWER TOOLS



CHAMBER MEXICO CHINA · CERTIFIED ISO 13485 · CE · FDA · TÜV

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS · AGEMED · anmat Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica · Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com